

Số: /TB-BV
V/v cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Đồng Văn, ngày tháng 05 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ thẩm định giá với nội dung cụ thể như sau;

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu:

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Người nhận hồ sơ: DS Nguyễn Thị Hải Yến, số dt: 0915.566.752

- Cách thức tiếp nhận:

- Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện -và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, tổ 7, thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn Tỉnh Hà Giang.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07/05/2025 đến hết 17h ngày 17/05/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu

- Thẩm định giá về mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế năm 2025 (*Chi tiết theo phụ lục 1*).

- Đề nghị quý công ty/đơn vị có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực gồm: Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thư chào giá và các tài liệu có liên quan (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn rất mong nhận được sự tham gia từ quý công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc BV; VT-TBYT
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

Sân Văn Cương

Phụ lục I

DANH MỤC HÀNG HÓA CẦN THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo thông báo số /TB – BV ngày /05/2025 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn)

STT	Nội dung danh mục và Yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
01	Giường y tế điều khiển 1 tay quay * Cấu hình bao gồm: - Thân giường: 1 bộ - Tay quay: 1 cái - Tấm đầu cuối giường: 1 bộ - Lan can: 1 bộ - Bánh xe: 1 bộ - Cọc truyền: 1 cái - Bảng cài bệnh án: 1 cái - Móc treo túi tiểu: 4 cái - Đệm: 1 cái - Xuất xứ : việt nam * Thông số kỹ thuật: - Kích thước tổng thể: 2170 x 960 x 530 mm $\pm 5\%$ - Chất liệu: thép sơn tĩnh điện - Khung thành, vai giường: thép hộp 30x60mm và 40x40mm, độ dày 1.1-1.4mm - Mặt giường: thép tấm đột lỗ, dập gân tăng cứng, độ dày 1.1mm - Chân giường: thép hộp 50x50mm, độ dày 1.1-1.4mm - Độ nâng, hạ phần tựa lưng: $0^{\circ} \div 85^{\circ} (\pm 5\%)$ - Đầu giường và đuôi giường: Nhựa ABS hoặc PP có thể tháo rời - 4 Bánh xe: chất liệu TPR có khóa, bọc nhựa, đường kính 125mm xoay 360° chịu tải tối đa 120kg/bánh - Lan can (thanh chắn 2 bên): Thanh ngang trên chất liệu hợp kim nhôm, thanh chắn bằng inox, phần ốp vào thân giường bằng sắt hộp 30x30mm. Có thể nâng hạ bằng chốt tay cầm - Có 4 lỗ cắm cọc truyền trên thân giường - Tay quay nhựa ABS gấp gọn - Cọc truyền inox 201 có 4 móc treo - Bảng nhựa cài bệnh án. - Móc treo túi tiểu bằng inox - Đệm da PVC, ruột mút PE chất lượng cao chống thấm nước, dễ vệ sinh, độ dày 70mm - Tiêu chuẩn áp dụng: ISO13485:2016-	Cái	22
2	Cán dao mổ an toàn số 3L Chất liệu: Thép không gỉ SS17-4PH, chiều dài 200mm, rộng 8mm Có thể tái sử dụng, tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ $\geq 132^{\circ}\text{C}$ Tương thích với lưỡi dao mổ an toàn dạng cartridge Tiêu chuẩn áp dụng: ISO, CE	Hộp (5 cái)	01

	Xuất xứ : China		
3	Lưỡi dao mổ an toàn dạng cartridge, số 10. - Chất liệu: thép không gỉ 6CR13 (grade 1.4034), được bảo vệ an toàn bởi vỏ nhựa bên ngoài. Khi sử dụng lưỡi dao được trượt lên nhờ một lẫy đẩy, và trượt xuống khi kết thúc thao tác, đảm bảo an toàn, giảm thiểu thương tích sắc nhọn cho nhân viên y tế - Tiêu chuẩn áp dụng: CE, FDA - Xuất xứ : China	Hộp (50 cái)	02